

Zamawiający:**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**

ul. A. Mickiewicza 2
32-620 Brzeszcze

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 26B
41-700 Ruda Śląska

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Organizator Postępowania:**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem na zadanie pn.: „**Zakup defibrylatorów półautomatycznych wraz z szafkami na potrzeby Spółek GK WĘGLOKOKS ENERGIA**”

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: GKWE/KOZN/72/2025

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęło pytanie dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą: „**Zakup defibrylatorów półautomatycznych wraz z szafkami na potrzeby Spółek GK WĘGLOKOKS ENERGIA**”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, defibrylator AED o następujących parametrach?

- Przechowywanie i transfer danych: Krytyczne segmenty EKG i parametry zdarzeń ratunkowych są rejestrowane i mogą być pobierane na wymienną kartę danych. Pamięć wymienna: Do 12 godzin przechowywania danych EKG i zdarzeń (bez opcji audio) lub do 1 godziny i 40 minut dźwięku (opcja audio) Przechowywanie EKG i zdarzeń na wymiennej karcie danych. Rzeczywista długość przechowywania zależy od pojemności karty. Brak IrDA.
- Zakres impedancji 25-180 omów.
- 8 lat gwarancji.
- Urządzenia spełnia normę MIL-STD-810F.
- Brak automatycznego dostosowywania głośności do otaczających dźwięków.
- Przyciski kontrolne: przycisk wł/wył oraz przycisk wyładowania.
- Brak wyświetlacza LCD.
- Okres przydatności elektrod 24 miesiące od daty produkcji.
- Bateria 7 letnia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczają produkty, w których parametry techniczne odpowiadają wytycznym z SOPZ lub są wyższe.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatorów Primedic HeartSave Y z trybem pediatrycznym o parametrach technicznych przedstawionych w załączonej karcie katalogowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczają produkty, w których parametry techniczne odpowiadają wytycznym z SOPZ lub są wyższe.

Pytanie 5:

W związku z zadaniem pytaniem o możliwość dopuszczenia Defibrylatora Primedic Y, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, zwracam się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu składania ofert o 1 dzień.

Odpowiedź:

Zamawiający informują o zmianie terminu składania ofert do dnia **16.05.2025 r. godz. 10:00.**

II. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający informują o zmianie treści ust. 4 Zaprośzenia nr GKWE/KOZN/72/2025, tj.:

Zapis przed zmianą:

„Termin składania ofert upływa dnia: **14.05.2025 r. o godzinie 10:00.** [...]”

Zapis po zmianie:

„Termin składania ofert upływa dnia: **16.05.2025 r. o godzinie 10:00.** [...]”

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.